



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0043341
DATA: 20/04/2020
OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione di Lettore di Micropiastre Multifunzione e Spettrometro-Prot. 24981 del 6.3.2020

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Giuseppe Giorgi

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0043341_2020_Lettera_firmata.pdf:	Giorgi Giuseppe	49D333AD4741592627ED2A78F0DAA8FC DD9DA9AC552FB751084A7E978518CB25



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

AHSI S.P.A.
ahsi@pec.it

UO Ingegneria Clinica (SC)

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione di Lettore di Micropiastre Multifunzione e Spettrometro-Prot. 24981 del 6.3.2020

A seguito della manifestazione di interesse inviata in data 10.3.2020, con la presente spiace comunicare che la stessa non puo' essere accolta per le seguenti motivazioni:

“ Il lettore di Micropiastre Multifunzione Synergy Neo 2 non puo' essere dichiarato idoneo in quanto manca di sistema di agitazione meccanica adeguato e che raggiunga i 900 rpm“

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

per la Dott.ssa Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Giorgi

Responsabile procedimento:
Dario Bani