



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0079506
DATA: 06/08/2021
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 10 COLONNE PER LA DIAGNOSTICA ORL,STROBOSCOPICA E DEGLUTOLOGICA E RELATIVO SISTEMA DI RETE PER LA LORO CONNESSIONE OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Stefania Zuccarelli

CLASSIFICAZIONI:


- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0079506_2021_Lettera_firmata.pdf:	Zuccarelli Stefania	9397BA8CFFABD4686D47337FE2947186A EC803564C158EF4CAAE155A3C16EC66



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

Ditte varie
Loro Sedi 0
40121 Bologna (Bologna)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 10 COLONNE PER LA DIAGNOSTICA ORL, STROBOSCOPICA E DEGLUTOLOGICA E RELATIVO SISTEMA DI RETE PER LA LORO CONNESSIONE OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura meglio indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

Caratteristiche:

Colonna endoscopica e stroboscopica in unico sistema integrato per la realizzazione di indagini endoscopiche, di deglutizione e stroboscopiche e di tutte le analisi ad esse correlate, composta dai seguenti elementi:

- Processore endo-stroboscopico completo di fonte LED ad alta capacità, regolabile sia manualmente che automaticamente e sviluppato specificamente per stroboscopia. Preferibilmente che sincronizzi il funzionamento della luce Flash con l'apertura e la chiusura dell'otturatore (shutter) della telecamera in modo da ottenere una visualizzazione ideale che non si discosti da una normale endoscopia. Il processore deve permettere di effettuare stroboscopie contemporaneamente alla visualizzazione enfaticizzata della vascolarizzazione.
- Testa Telecamera Full HD con zoom elettronico, preferibilmente con tecnologia shutter per evitare qualsiasi effetto flickering e con il microfono stroboscopico integrato nella testa stessa.
- Videoendoscopio flessibile full HD. Preferibilmente completo di fonte luce endo e strobo integrata nell'impugnatura e senza cavo luce; microfono preferibilmente integrato nell'endoscopio.
- Sistema di archiviazione (memoria minima 2 Terabyte) gestito da un unico software che sia in grado di processare i filmati in qualità HD 1080p reale (mpeg-4), stroboscopici e che permetta di gestire contemporaneamente tutti gli esami (endoscopia stroboscopica, analisi stroboscopica, modulo deglutizione, modulo chimografia, analisi spettrografica, fonetogramma, disfonia severity index, stress test della voce, test voce cantata, ecc.) tramite un unico database del paziente. Il sistema di archiviazione deve consentire che le colonne possano essere messe in rete per avere un unico database paziente su tutte le colonne, aggiornabile e visibile da tutte le colonne e sistema viewer per studio primario.
- Monitor medico FULL HD/4K almeno 27".



- Carrello.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all'indirizzo di posta elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 27.08.2021.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Per la Dott.ssa Rosanna Campa

Dott.ssa Stefania Zuccarelli

Firmato digitalmente da:
Stefania Zuccarelli

Responsabile procedimento:
Stefania Zuccarelli