



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0082923
DATA: 18/07/2022
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA PER LE ESIGENZE DELL' AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DELL' IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-07]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0082923_2022_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	D199243872D647F1ED194875C9D6E6AC E0C162ABBAC4DAD4FFBA89C7EF348F2F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**OPERATORI ECONOMICI VARI
LORO SEDI**

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA GLICATA PER LE ESIGENZE DELL' AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA PEDIATRICA DELL' IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Diagnosi e monitoraggio di pazienti con possibile rischio di sviluppo di diabete;
- Gestione e cura di pazienti pediatrici con diabete mellito di tipo 1 nei point of care;
- Aumento della produttività e riduzione dei tempi necessari ad eseguire gli esami.

Caratteristiche richieste

- Analizzatore multiparametrico da tavolo;
- Determinazione di emoglobina glicata nel sangue intero;
- Cartuccia pronta all'uso e dotata di tutti i reagenti necessari ad effettuare un singolo test;
- Dispositivo di campionamento per la raccolta del campione del paziente;
- Identificazione del campione mediante codice a barre;
- Autodiagnosi eseguita dallo strumento al suo avvio;
- Possibilità di inserire dati paziente;
- Possibilità di inserire dati operatore;
- Memorizzazione risultati nella memoria interna al dispositivo;
- Display touchscreen;
- Fornitura del software;
- Possibilità di effettuare aggiornamenti software;
- Stabilità della cartuccia a temperatura ambiente indicativamente per almeno 50 giorni;
- Stabilità del campione di almeno 3 minuti;
- Tempo di refertazione non superiore a 4 minuti;
- Calibrazione automatica;
- Possibilità di trasferire dati mediante cavo Ethernet e/o USB;
- Possibilità di collegare, se non integrati nello strumento, lettore di codici a barre e/o stampante;

Angela Melucci

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



- Possibilità di interfacciamento al LIS;
- Strumento facile da sanificare;
- Peso e ingombri ridotti;
- Interfaccia user-friendly;
- Fornitura di tutti i componenti e accessori necessari al corretto e completo funzionamento del sistema.

Schede tecniche

Si richiede la documentazione (schede tecniche, manuali, ecc.) per la verifica della rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali richieste.

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica, alla scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 9 del giorno 1.8.2022.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Rosanna Campa

Responsabile procedimento:
Anna Maria Testa

Angela Melucci

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)
051/6079690
angela.melucci@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202