



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0090613  
DATA: 08/08/2022  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI CON  
ESTRATTORE AUTOMATICO MAGNETICO DI ACIDI NUCLEICI PER LE  
ESIGENZE DI UN' AGGREGAZIONE DI IRCCS DI EMILIA-ROMAGNA E  
VENETO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0090613_2022_Lettera_firmata.pdf	Campa Rosanna	56A20BA26E535D1887693EF35C21B33D D760A2DD48DE0D29EBC8014CC4E9EA6F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DITTE VARIE  
dittevarie@ausl.bo.it

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI CON ESTRATTORE AUTOMATICO MAGNETICO DI ACIDI NUCLEICI PER LE ESIGENZE DI UN' AGGREGAZIONE DI IRCCS DI EMILIA-ROMAGNA E VENETO**

Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti caratteristiche indispensabili:

- Sistema per l'estrazione da 1 a 48 campioni, senza movimentazione di liquidi, con cartucce pre-aliquotate e verifica del corretto caricamento dei consumabili sullo strumento
- Assenza perforazione automatica della cartuccia
- Eluizione del DNA a temperatura elevata (oltre 60°C)
- Conformità al Regolamento 2017/746 (IVDR)
- Fornitura di 4 sistemi (più 1 in opzione) con consegna e installazione entro il 30 settembre in 5 siti differenti

Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola documentazione tecnica, alla scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica [angela.bellanova@ausl.bologna.it](mailto:angela.bellanova@ausl.bologna.it) entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 25.08.2022.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Rosanna Campa

Responsabile procedimento:  
Rosanna Campa