



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0051585  
DATA: 29/04/2024  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in service triennale di n.3 sistemi di drenaggio automatico del liquor associato al monitoraggio della pressione intracranica (n.3 pompe per il drenaggio del liquor e relativo materiale di consumo) da destinare alla Chirurgia Vascolare e alla Cardiochirurgia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

### CLASSIFICAZIONI:


- [01-07-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0051585_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	57DD11768B702DCB423B3BBB41324C06 C03DC568C38117EE67C48E112C03F6C7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta  
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Ditte varie  
loro Sedi ...  
... (...)

**OGGETTO:** Indagine di mercato per la fornitura in service triennale di n.3 sistemi di drenaggio automatico del liquor associato al monitoraggio della pressione intracranica (n.3 pompe per il drenaggio del liquor e relativo materiale di consumo) da destinare alla Chirurgia Vascolare e alla Cardiochirurgia dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna.

Con riferimento alla necessità di procedere ad una successiva gara pubblica, si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza l'attrezzatura indicata in oggetto che dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili:

### **Caratteristiche indispensabili**

Codesta Azienda ha la necessità di dotare la Chirurgia Vascolare e la Cardiochirurgia di n.3 sistemi di drenaggio automatico del liquor associato al monitoraggio della pressione intracranica.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- In grado di drenare il liquor in maniera controllata e di monitorare contemporaneamente la pressione intraventricolare
- Dotato di sistemi di allarme sia per l'occlusione del catetere che nel caso di un iper-drenaggio o di un sotto-dosaggio
- Definizione della velocità di drenaggio per sottrazioni liquorali
- In grado di eseguire una diagnosi di idrocefalo normoteso mediante un test di infusione
  
- Materiale di consumo costituito da:
  - Kit per il drenaggio ventricolare e drenaggio lombare





- Kit per test d'infusione

**Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto.**

Il fabbisogno annuo stimato è di circa 100 procedure/anno più ulteriori 50 in opzione.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura sopra descritta dovrà inviare istanza al Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e' pubblicata l' Indagine di Mercato, ovvero allo scrivente Servizio Acquisti Area Vasta all'indirizzo di posta elettronica [erika.caroli@ausl.bologna.it](mailto:erika.caroli@ausl.bologna.it) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.05.2024.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Antonia Crugliano



**Erika Caroli**  
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

**Azienda USL di Bologna**  
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna  
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923  
Codice fiscale e partita Iva 02406911202