



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0137780
DATA: 20/11/2024
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione CONMED LINVATEC CORP – AVEC.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0137780_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	030D56BA0A8833D22FB8A3189A24C3BC A4F4BF375D2DAD999BCBE69F6F1176D7
PG0137780_2024_Allegato1.pdf:		45FA232DF3A2CACBF53F338A522862456 3378CEAC6F5745FF7E2AAF54F444236



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore

Operatori economici
Loro sedi, ,

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di servizi di assistenza tecnica su apparecchiature di produzione CONMED LINVATEC CORP – AVEC.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Fabbisogno:

La presente indagine di mercato ha come oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica, di durata pluriennale, su apparecchiature prodotte da CONMED LIVANTEC CORP secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate per le esigenze delle Aziende Sanitarie AVEC.

Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, per tutte le tipologie di tecnologie incluse nell'Allegato 1 - ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunte ulteriori tipologie di tecnologie dello stesso fabbricante oppure potranno essere modificate le condizioni di fornitura qualora si renda necessario.

Produttore/Fabbricante:

- CONMED LINVATEC CORP

Tipologia apparecchiature:

- Accessorio per ortopedica
- Apparecchio motorizzato, generatore per
- Carica batterie
- Carrello elettrificato
- Fonte luminosa per endoscopia



- Irrigatore
- Manipolo motorizzato per chirurgia ortopedica
- Modulo acquisizione immagini
- Monitor televisivo per bioimmagini
- Pedaliera universale
- Sega per ortopedia
- Sistema motorizzato per chirurgia ortopedica
- Sistema televisivo per endoscopia
- Sternotomo
- Telecamera
- Trapano ortopedico
- Trapano per Neurochirurgia

Tipologie contrattuali incluse nella fornitura

Tipologia di Contratto	Descrizione
FORNITURA RICAMBI (RIC)	Contratto di fornitura di manodopera per attività di manutenzione correttiva o preventiva, pezzi di ricambio e dispositivi pluriuso.

Requisiti minimi richiesti:

FORNITURA RICAMBI (RIC)

Il contratto di fornitura ricambi deve includere per tutte le tipologie di apparecchiature incluse nella scheda "ELENCO APPARECCHIATURE RIC" del file ALLEGATO 1 – ELENCO APPARECCHIATURE.xlsx" la fornitura di:

- Parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Dispositivi medici pluriuso necessari al funzionamento del sistema
- Attività di assistenza tecnica correttiva o preventiva periodica (materiale di ricambio/consumo inclusi) su chiamata

Requisiti minimi richiesti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza per gli specifici modelli (allegare copia delle iniziative formative o dichiarazione del fabbricante attestante che il fornitore è centro autorizzato)
- Possibilità di ripristino del software e di tutte le funzioni e opzioni presenti sui sistemi oggetto di manutenzione
- Tempi di intervento in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 16 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)
- Tempi di risoluzione in caso di richiesta di assistenza tecnica entro 24 ore lavorative (dall'invio del buono d'ordine)



- Tempi di fornitura ricambi o dispositivi pluriuso entro 24 ore lavorative (dalla richiesta)

Aziende interessate

Aziende Sanitarie AVEC

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO 1.

A titolo di esempio non esaustivo si considerino:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate in Allegato.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto, dovrà manifestare il proprio interesse entro le ore: 12.00 del giorno 27.12.2024.

La suddetta manifestazione di interesse sarà espressa dagli OO.EE. **unicamente** sulla piattaforma Sater messa a disposizione da IntercentER.

Il S.A.A.V. dell'Azienda USL di Bologna non accetterà altre modalità di manifestazione di interesse, sollevandosi da ogni responsabilità per mancata ricezione della documentazione laddove sia dimostrato che gli OOEE non si siano attenuti alla richiesta di cui sopra.

Si resta a disposizione per ogni altra informazione che potrà essere richiesta scrivendo all'indirizzo: cataldo.valentini@ausl.bologna.it, oppure telefonicamente al nr. 051-607.9923.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Cataldo Valentini



Cataldo Valentini

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna

Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923

Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Tipologia	Modello
ACCESSORIO PER ORTOPEDICA	PRO6045
ACCESSORIO PER ORTOPEDICA	PRO6047
ACCESSORIO PER ORTOPEDICA	PRO6132-4
APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	E9000G
CARICA BATTERIE	PRO3600
CARRELLO ELETTRIFICATO	VP8501 VIDEO CART
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	C3140 APEX XENON 180W
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LIS8430 XENON 300W
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LS7500 XENON 300W
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LS7700 XENON 300W
FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LS8000
IRRIGATORE	10K IRRIGATION SYSTEM
IRRIGATORE	24K IRRIGATION SYSTEM
IRRIGATORE	CRYSTAL VIEW CV4000
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	7020-001 ULTRAPOWER HIGH SPEED
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	D9820 ADVANTAGE
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	D9920 ADVANTAGE TURBO
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PRO6100 POWERPRO II
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PRO6140
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PRO6150 POWERPRO
MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PRO6200M MPOWER 2
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	VP1500P DIGITAL CAPTURE
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	VP4726
MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	VP4826
PEDALIERA UNIVERSALE	C9863
SEGA PER ORTOPEDIA	5020-022 MICROCHOICE
SEGA PER ORTOPEDIA	5067-003 SERIES 4
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6125 POWERPRO II
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6135 POWERPRO II
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6175 POWERPRO
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6185
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6350M MPOWER2
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO6400M MPOWER2
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO7300B
SEGA PER ORTOPEDIA	PRO7400B
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	D3000I ADVANTAGE
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	D4000A
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	PRO2000I POWERPRO
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	IM3301
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	IM8000 CONTROL UNIT
STERNOTOMO	PRO7450B
TELECAMERA	IM3331 CAMERA
TELECAMERA	IM8120 CAMERA
TRAPANO ORTOPEDICO	6020-021 MICROPOWER
TRAPANO ORTOPEDICO	6020-022 MICROPOWER
TRAPANO ORTOPEDICO	6020-026 MICROPOWER
TRAPANO ORTOPEDICO	PRO6202M
TRAPANO ORTOPEDICO	PRO6350
TRAPANO ORTOPEDICO	PRO7100B
TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	E9010 COOLFLEX