

## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0090247  
DATA: 26/07/2024  
OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in SERVICE DI SISTEMA PER IMMUNOISTOCHEMICA DA DESTINARE ALLA RICERCA OCCORRENTE ALLA UO ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL BO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0090247_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	632D805FAAC11F6888609C44B3DC2B4A 63269341105728114ADD615D9D725BD8
PG0090247_2024_Allegato1.pdf:		1185A5377B450F3CAC3CFBB62668EB06 C37E404F440C8FB411F03AD3B12E74A3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Dipartimento Amministrativo  
UOC Servizio Acquisti di Area Vasta  
Il Direttore

Settore Beni Sanitari

Operatori economici  
Loro sedi

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in SERVICE DI SISTEMA PER IMMUNOISTOCHEMICA DA DESTINARE ALLA RICERCA OCCORRENTE ALLA UO ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL BO.

Con la presente si chiede a codesta Spett.le Ditta se ha disponibile a listino il sistema in oggetto.

Qualora l'Operatore Economico fosse interessato alla fornitura e in grado di assolvere alle richieste di cui all' Allegato A "Caratteristiche Tecniche", dovrà rispondere alla manifestazione di interesse, specificando i codici dei prodotti (strumentazione, analiti, reagenti, ecc.) fornibili.

Si richiede la documentazione (schede tecniche, manuali, certificazioni ecc.) per la verifica della rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali richieste.

Quanto sopra, riportando eventuali caratteristiche equivalenti e allegando la documentazione tecnica dei prodotti, dovrà essere collocato sul portale SATER entro e non oltre le **ore 12 del giorno 05/08 /2024**.

A disposizione per chiarimenti Sig.ra Silvia Mingardi del Servizio Acquisti Area Vasta AUSL BO, TEL. 051/6079940.

Si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:  
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:  
Silvia Mingardi

ALTO A

fabbricante  
modello

1 Piattaforma unica ad uso di ricerca che permette di automatizzare e consolidare IHC, immunofluorescenza, FISH, ISH cromogenica, RNA ISH, multiplex fino a 8 colori con combinazione di IHC e ISH.

2 Automazione totale per singolo vetrino con carico e scarico in continuo di vetrini e reagenti.

3 Gestione delle metodiche per singolo vetrino senza necessità di creazione di batch o minibatch di colorazione.

4 Tecnologia di riscaldamento di ogni singolo vetrino secondo personalizzazione dell'operatore.

5 sonda/antcorpo utilizzata

6 Ottimizzazione ed automazione comprovata con metodiche di FAST FISH con sonde OACP e RNAscope ISH, BaseScope, RNA-protein co-detection con sonde ACCD

7 Gestione dei reflui automatizzata per la sicurezza degli operatori ed ambiente tramite sistemi per il recupero degli stessi e che consentano di non riversare i reflui stessi.

SI  
NO