



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0063322
DATA: 24/05/2024 14:08
OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in service quinquennale di un sistema integrato per diagnostica e trattamento delle lesioni precancerose dell'ano da destinare alla Chirurgia del tratto alimentare e dell'urgenza dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e relativo materiale di consumo

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0063322_2024_Lettera_firmata.pdf:	Crugliano Antonia	2F51ECB37073C288469D590F4B756351C 08D8F023F54048926C344934D51B378
PG0063322_2024_Allegato1.PDF:		BD470C8643C8E3AE7F2C7A8F111195C5 B04A45AC81B592B378DC7C7EED87EFC6



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

Operatori Economici Loro sedi
loro sedi
loro sedi (sedi), sedi


OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in service quinquennale di un sistema integrato per diagnostica e trattamento delle lesioni precancerose dell'ano da destinare alla Chirurgia del tratto alimentare e dell'urgenza dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e relativo materiale di consumo

Si trasmette documentazione per indagine di mercato

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Antonia Crugliano

Responsabile procedimento:
Dario Bani



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisto Area Vasta
Settore Attrezzature e Prodotti economici

Il Direttore

Operatori Economici vari

OGGETTO: Indagine di mercato relativa alla fornitura in service quinquennale di un sistema integrato per diagnostica e trattamento delle lesioni precancerose dell'ano da destinare alla Chirurgia del tratto alimentare e dell'urgenza dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e relativo materiale di consumo


Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto la fornitura di servizi di manutenzione, come da oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei beni ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Codesta Azienda ha la necessità di dotare la Chirurgia del tratto alimentare e dell'urgenza di un sistema integrato dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie del canale anale per lo screening del cancro dell'ano e per le lesioni precancerose HPV relate.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Dotato di software medico integrato (DM) per gestione utenti e pazienti e per compiere le operazioni diagnostiche
- In grado di fornire immagini e video in risoluzione 4K del canale anale e della zona perianale con zoom dinamico real time con magnificazione fino a 58x
- Dotato di funzione di acquisizione di fotogrammi e video
- Dotato di settaggi per ottimizzare la visione quando si utilizzano mezzi di contrasto normalmente impiegati nella pratica clinica (acido acetico, lugol)
- Monitor 4K con display da 32"
- Dotato di sistema di aspirazione fumi
- Dotato di carrello regolabile in altezza con trasformatore di isolamento incorporato
- Dotato di sistema di ablazione laser CO2 con lunghezza d'onda di 10.6 micrometri focalizzato all'interno dell'anoscopio
- Materiale di consumo costituito da:
 - KIT per diagnosi: proctoscopio monouso dotato di sistema di illuminazione integrato a luce fredda e dotato di finestra laterale per inserimento accessori necessari per eseguire biopsie e trattamenti chirurgici; completo di introduttore e sistema di connessione alla videocamera con guaina di protezione.
 - KIT per trattamento: proctoscopio monouso dotato di sistema di illuminazione integrato a luce fredda, finestra laterale per inserimento accessori necessari per eseguire biopsie e trattamenti chirurgici, sistema di posizionamento/mantenimento



focalizzazione del laser tramite appositi alloggiamenti, sistema integrato di aspirazione fumi; puntale per laser e applicatore mezzi di contrasto; completo di introduttore e sistema di connessione alla videocamera con guaina di protezione.

Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto. La Stazione appaltante si riserva di richiedere una campionatura dei dispositivi a comprova del possesso dei requisiti sopra elencati.

Il fabbisogno annuo stimato è di circa 1500 procedure diagnostiche e 300 procedure operative.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Le ditte interessate dovranno allegare la documentazione tecnica ed ogni altro documento utile alla valutazione del servizio proposto con riferimento a quanto meglio dettagliato nell'ALLEGATO 1.

A titolo di esempio non esaustivo si considerino:

- Una relazione sull'Azienda (organizzazione, struttura, etc.);
- Certificazioni ed abilitazioni relative all'esecuzione del servizio richiesto per la tipologia di apparecchiature indicate in Allegato.

Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare la fornitura del servizio sopra descritto dovrà inviare istanza allo scrivente Servizio Acquisti di Area Vasta, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it e all'indirizzo: dario.bani@ausl.bologna.it entro le ore: 12.00 del giorno 11/06/2024.

E' consigliato agli OOEE di manifestare il proprio interesse utilizzando anche le apposite funzioni messe a disposizione dal Portale IntercentER.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.

D.ssa Antonia Crugliano