



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

LOTTO 4 – RIUNITO ORL

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D'USO

È richiesta la fornitura di riuniti per Otorinolaringoiatria, da installarsi presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell'Azienda USL di Bologna.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

- Riunito ORL di dimensioni compatte dotato di cassetteria con almeno 3 cassette portastrumenti/presidi medici;
 - Superficie di lavoro in materiale disinfettabile idoneo all'alloggiamento dello strumentario
 - Sistema di aspirazione regolabile, pompa con potenza di almeno 30 l/min e serbatoio di scarico con dispositivo per segnalare il "troppo pieno";
 - Sistema di lavaggio auricolare ad acqua calda (37°) a siringa regolabile in pressione;
 - Dotato di Lampada di Clar con supporto e connettore e possibilità di regolazione dell'intensità luminosa.
- Poltrona Paziente:
- Poltrona con rivestimento lavabile e disinfettabile (indicare prodotti idonei), rotazione attorno all'asse verticale
 - Regolazione pneumatica dell'altezza e dello schienale;
 - Portata massima di almeno 140 Kg;
 - Dotato di poggiatesta e poggiatesta asportabile
 - Dotato di basamento idoneo a garantire una elevata stabilità
 - Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
 - Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.