

ALLEGATO A1 -QUESTIONARIO TECNICO ARMADIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI

ARMADIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI	NOTE di COMPILAZIONE	RISPOSTA DITTA	EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore			
Nome commerciale modello			
CND	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Repertorio	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	Prima immissione in commercio		
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	Immissione in commercio della versione se differente offerta		
CARATTERISTICHE MINIME	NOTE di COMPILAZIONE	PRESENTE SI/NO	EVENTUALI DETTAGLI
Armadio di asciugatura per stoccaggio orizzontale degli endoscopi			
L'armadio dovrà essere collegato all'impianto di aria compressa medicale o tecnica (sono da ritenersi inclusi nella fornitura eventuali filtri necessari al collegamento all'impianto di aria tecnica); eventuale predisposizione dell'aria compressa medicale all'interno del locale in cui verrà installata l'apparecchiatura sarà in carico alla Azienda Sanitaria di competenza			
L'armadio dovrà comunque funzionare anche con compressore integrato o compressore esterno, in caso di eventuali richieste future nell'ambito dei sistemi previsti in opzione			
Capacità di conservazione di almeno 8 endoscopi ciascuno			
Asciugatura degli endoscopi interna ed esterna			
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità almeno pari a 720 ore			
Monitoraggio continuo della temperatura e dell'umidità all'interno dell'armadio			
Monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio degli strumenti in attesa di riutilizzo			
Lettole RFID o BARCODE per l'identificazione dello strumento e dell'operatore			
Possibilità di identificare visivamente lo stato di asciugatura degli endoscopi e l'eventuale necessità di reprocessing			
Completo di tutti i connettori necessari a collegare tutti gli endoscopi indicati in Allegato C			
Completo di tutti i vassoi/cassette per il contenimento degli endoscopi			
Dovrà assicurare la purificazione dell'aria necessaria all'asciugatura degli endoscopi ed al loro mantenimento con sistema di filtrazione almeno HEPA H-14			
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento			
Interfacciamento con sistema di tracciabilità richiesto in fornitura			
Conforme alla direttiva CE 93/42 o Regolamento UE 2017/745			
Conforme alla norma UNI EN 16442:2015			
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):	NOTE di COMPILAZIONE	RISPOSTA DITTA	NOTE
Tempo massimo di asciugatura dello strumento	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità superiore a 720 ore	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Soluzioni atte a garantire un ridotto consumo di aria medicale in litri/min	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Stampante fisicamente integrata nel case dell'armadio	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Altezza degli elementi che devono essere utilizzati dall'operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore RFID o BARCODE)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)