

Allegato D - Parametri di valutazione

	TIPO DI PARAMETRO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
LOTTO 1	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Rimovibilità per trazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 2	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Rimovibilità per trazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 3	D	Affidabilità e robustezza delle ancorette	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Maneggevolezza del sistema di dilatazione progressiva	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 4	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Presenza doppio accesso per somministrazione farmaci	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	Q	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
LOTTO 5	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 6	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 7	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 8	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 60	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	Q	Tempo massimo (espresso in giorni) di permanenza in SITU dichiarato in scheda tecnica	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
LOTTO 9	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 10	D	Facilità di posizionamento	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Affidabilità e durata nel tempo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 11	D	Ampiezza gamma dei diametri del retino	max 30	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Robustezza	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di rotazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 12	Q	Maggior numero dei comparti	max 30	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Capacità di separare il polipo dal materiale di scarto	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 13	T	Marcatura markers visivi di riferimento	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Guaina in acciaio	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Qualità del frustolo bioptico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 14	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza della presa	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 15	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza della presa	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 16	D	Facilità di montaggio sulla punta dell'endoscopio	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Stabilità	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 17	D	Agevole fuoriuscita dell'ago con tutti gli strumenti e in tutte le situazioni	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Agevole penetrazione nella sottomucosa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTT	D	Facilità di iniezione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Blocco e controllo in entrata e in uscita dell'ago	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
LOTTO 18	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 19	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

LOTTO 20	D	Variabilità delle forme dell'ansa	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di forme disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie forme
	D	Funzionalità d'uso (risposta apertura/chiusura alla max angolazione dello strumento)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Possibilità di rotazione	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza all'azionamento multiplo (memoria di forma)	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Buona forza di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 21	D	Ampiezza della gamma delle misure	max 15	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Pressione massima raggiungibile per misura	max 15	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale della stessa
	T	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Affidabilità e robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 22	Q	Numerosità dei lacci per caricatore	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Cap con visibilità maggiorata	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 23	D	Uniformità e ampiezza della superficie irrigata con il colorante	max 50	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità d'uso	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 24	T	Guaina in acciaio	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Resistenza ad azionamenti multipli	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della presa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia e precisione dell'effetto termocoagulativo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di preservare il campione tissutale	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 25	Q	Numerosità dei lacci per caricatore	max 10	Verrà attribuito il punteggio massimo al dispositivo che, relativamente alla caratteristica indicata nel criterio, ne presenta il valore massimo e proporzionalmente agli altri dispositivi
	D	Cap con visibilità maggiorata	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Manico ergonomico con click udibile al rilascio di ogni elastico	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Sistema di sgancio degli elastici tramite cavetto di acciaio atraumatico sulla varice	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 26	D	Atraumaticità della punta	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Portanza (capacità di mantenere l'asse desiderato durante il posizionamento della protesi)	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Flessibilità del filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	T	Radiopacità	SI = 10 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio

LOTTO 27	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di sollevamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Effetto di colorazione della sottomucosa	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 28	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Scorrevolezza del filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Visibilità markers radio-opachi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 29	D	Maneggevolezza d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atraumaticità del sistema di inserzione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Tenuta del sistema a valvola per l'introduzione del gastroscopio	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 30	D	Maneggevolezza d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atraumaticità del sistema di inserzione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Stabilità	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 31	D	Visibilità del colorante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto colorante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Atossicità nel caso di iniezione accidentale nel peritoneo	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 32	D	Efficacia del sistema di rilascio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Forza di presa sul tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 33	D	Efficacia del sistema di rilascio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Forza di presa sul tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Variabilità dei modelli a seconda delle indicazioni d'uso	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 34	D	Efficacia di presa del tessuto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia del taglio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza in sede della clip dopo la resezione della lesione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 35	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 36	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 37	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 38	D	Efficacia dell'effetto emostatico	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Persistenza dell'effetto di emostasi	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto di infiltrazione della sottomucosa	max 15	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della ablazione tissutale	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 39	D	Capacità dell'effetto dilatante	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Effettiva biodegradabilità nei tempi dichiarati	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza della presa	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 40	D	Precisione dell'effetto di resezione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Capacità di trattenere multipli frammenti bioptici	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 41	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 42	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 43	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata dell'effetto di aspirazione continua	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità della rimozione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 44	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto di ablazione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Sicurezza di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 45	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Precisione del controllo del sistema di apertura delle flange	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della penetrazione tissutale della punta	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Forza di approssimazione tra i visceri	max 10	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 46	D	Precisione del controllo dell'effetto di ablazione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Prevenzione della dispersione della radiofrequenza sul tessuto sano	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 47	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della penetrazione tissutale della punta	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Scorrevolezza sul filo guida	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 48	D	Facilità di applicazione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Tenuta del gonfiaggio con liquido	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Resistenza durante l'esame	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 49	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 50	D	Ampiezza della gamma	max 15	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Pressione massima raggiungibile per misura	max 15	La caratteristica indicata nel criterio sarà considerata non soltanto in base al suo valore numerico, ma anche con una valutazione discrezionale della stessa
	T	Descrizione in scheda tecnica delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	T	Descrizione in etichetta delle pressioni relative ai rispettivi diametri	SI = 5 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Affidabilità e robustezza del materiale	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

LOTTO 51	T	Presenza di entrambe le forme (RETTE e PRECURVATE)	SI = 20 NO = 0	Il punteggio verrà attribuito al dispositivo che possiede la caratteristica indicata nel criterio
	D	Diverse fogge della parte distale in estrusione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma disponibile, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo
	D	Funzionalità d'uso	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 52	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Memoria del cestello	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Semplicità del meccanismo di assemblaggio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 53	D	Visibilità radiologica	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Maneggevolezza ad eseguire il brushing	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 54	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 55	D	Ampiezza gamma diametri	max 30	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Atraumaticita' del tubo di trasferimento nasale	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità di lavaggio/iniezione	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 56	D	Variabilità dei diametri	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Resistenza del pallone	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio

	D	Facilità d'iniezione del contrasto	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 57	D	Facilità di posizionamento	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma delle misure	max 40	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
LOTTO 58	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia dell'effetto della litotrixxia	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Durata della sonda	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 59	D	Praticità di fissaggio	max 40	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Tenuta del filo guida	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 60	D	Praticità di utilizzo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Facilità di rimozione del tessuto necrotico	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ergonomia dell'impugnatura del manipolo	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 61	D	Ampiezza gamma delle misure	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Atramaucità	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della detersione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
2	D	Ampiezza gamma delle misure	max 20	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di misure disponibili, tenendo conto anche delle diverse possibilità di utilizzo delle varie misure

LOTTO 6	D	Atramaucità	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia della detersione	max 30	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
LOTTO 63	D	Comfort per il paziente	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Ampiezza gamma dei diametri di apertura	max 10	Il punteggio verrà attribuito in base alla più ampia gamma di diametri disponibili, tenendo conto anche della diverse possibilità di utilizzo delle varie misure
	D	Scorrevolezza dell'endoscopio	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio
	D	Efficacia del sistema bloccante	max 20	Il punteggio verrà attribuito in seguito alla valutazione della caratteristica indicata dal criterio