

**Dotazione Minima di Sistemi Motorizzati e accessori d'uso**  
*Nel caso in cui le funzionalità richieste non vengano garantite con lo stesso manipolo, la Ditta dovrà offrire, alle medesime condizioni, un manipolo per ogni funzionalità richiesta.*

BELLARIA	MAXILLO
3	<b>Consolle Multifunzione</b>
6	<b>Kit Standard Maxillo</b>
	Manipolo fresatore
	inserto portafrese angolato corto
	inserto portafrese angolato medio
	inserto portafrese dritto corto
	inserto portafrese dritto medio
	per tutti gli inserti dovrà essere disponibile idoneo sistema di irrigazione/lavaggio
Adattatore per sistemi di perforazione funzionali ai sistemi di osteosintesi (attualmente Synthes)*	
3	<b>Kit seghe per Maxillo</b>
	manipolo per sega reciproca/oscillante
	inserto sega oscillante per adulti
	inserto sega reciproca per adulti
<p>* Qualora l'AUSL modifichi i sistemi di osteosintesi in uso, la Ditta dovrà fornire adeguati accessori per consentire l'utilizzo dei nuovi sistemi</p>	

**Azienda Ospedaliera di Ferrara**

2

**Consolle Multifunzione**

6	<b>Kit Standard Maxillo</b>
	Manipolo fresatore
	inserto portafrese angolato corto
	inserto portafrese angolato medio
	inserto portafrese dritto corto
	inserto portafrese dritto medio
	per tutti gli inserti dovrà essere disponibile idoneo sistema di irrigazione/lavaggio
Adattatore per sistemi di perforazione funzionali ai sistemi di osteosintesi (attualmente Synthes)*	
3	<b>Kit seghe per Maxillo</b>
	manipolo per sega reciproca/oscillante
	inserto sega oscillante per adulti
	inserto sega reciproca per adulti

Per quanto riguarda frese e seghe:

n. 8 frese per ogni tipo e 3 seghe per tipo dovrebbero essere la dotazione minima da avere costantemente a disposizione