

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER RECUPERO SANGUE INTRAOPERATORIO

Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Si richiedono le seguenti caratteristiche pena esclusione:

- Separatori cellulari per recupero sangue intraoperatorio, di ultima generazione e nuovi di fabbrica dotati dei requisiti tecnici e funzionali per l'utilizzo su pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Apparecchiature ergonomiche che consentano una agevole pulizia ed una facile movimentazione; dotate di ruote con sistema frenante/blocco
- Modalità operativa automatica e manuale
- Protocolli di lavoro memorizzabili
- Protocollo di emergenza
- I set monouso sterili, devono adattarsi perfettamente ai separatori cellulari offerti e possedere caratteristiche che né facilitino il montaggio e la sicurezza (es. codice colore per i tubi, componenti ad incastro obbligato, etc). I set devono essere completi di tutto quanto necessario per effettuare le procedure di autotrasfusione, nulla escluso
- Memorizzazione dei dati delle procedure e possibilità di stampa e di trasferimento dati a PC