

## **Lotto 4 Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

### **Acquisizione di apparecchiature per la Terapia Intensiva Neonatale e le Sale Parto del Polo Materno Infantile**

#### **LOTTO 4 - LETTINI RISCALDATI**

##### **Lettini riscaldati (n.8)**

- Idonei ad utilizzo per neonati e prematuri
- Carrello con ruote piroettanti con freni
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Culla con pareti trasparenti e semplici da ripiegare per rendere più semplice l'accesso al paziente
- Dotato di materassino riscaldante non ad acqua con superficie sanificabile
- Dotato di copertura parziale del lettino per evitare la luce diretta sul neonato
- Unità di controllo per visualizzazione e impostazione parametri
- Dotato di mensola portaoggetti
- Ergonomia e movimentazione
- Facilità di pulizia e sanificazione
- Possibilità di utilizzare sensori per il controllo della temperatura cutanea del neonato
- Ridotto consumo energetico