

LOTTO 6 Allegato A - Caratteristiche Tecniche

Acquisizione di apparecchiature per la Terapia Intensiva Neonatale e le Sale Parto del Polo Materno Infantile

LOTTO 6 - LAMPADE PER FOTOTERAPIA

Lampade per fototerapia (n.14)

- Adeguata all'utilizzo su pazienti neonati con peso > 1 kg
- Illuminazione integrata a luce bianca per la visita del neonato
- Area di superficie effettiva irradiata a 40 cm indicativamente 45x30 cm
- L'unità di Fototerapia deve permettere una potenza non inferiore a $60\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$
- Regolazione della potenza dell'irraggiamento
- Dotata di sistema per il controllo della potenza dell'irraggiamento
- Sistema che permetta un'ampia inclinazione della lampada con angolo preferibilmente fino ai 200°
- Sistema che permetta la rotazione della lampada di 360°
- Dotata di timer per impostare durata del trattamento
- Conta ore di funzionamento integrato per garantire la terapia al neonato, preferibilmente con possibilità di fermare il conteggio quando la lampada è in pausa in modo da dare all'operatore l'esatto tempo del trattamento
- Durata minima delle lampade non inferiore alle 50.000 ore
- Possibilità di esportare dati tramite uscita USB
- Sistema dotato di stativo di sostegno regolabile in altezza e dotato di tutte e quattro le ruote frenanti
- Peso della lampada inferiore a 2 Kg
- Possibilità di staccare la lampada dallo stativo in maniera rapida senza utilizzo d'attrezzi
- Dimensioni ridotte per una maggior maneggevolezza e praticità negli spostamenti
- Emissione di rumore non superiore ai 20dB
- Ridotto consumo energetico