



Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Beni Sanitari

Il Direttore

AII. B) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA BIENNALE IN ACCORDO QUADRO, A LOTTO UNICO, DI POMPE INFUSIONALI IMPIANTABILI PROGRAMMABILI, INDICATE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA' GRAVE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E DEL MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE SPA

I prodotti offerti dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato speciale ed a quanto di seguito indicato.

LOTTO UNICO

- **POMPA INFUSIONALE IMPIANTABILE PROGRAMMABILE**

Si richiede la fornitura di pompa infusionale impiantabile programmabile con le seguenti caratteristiche:

- 1) Indicata per la somministrazione di farmaci per il trattamento della spasticità grave (baclofene), per via intratecale / spinale.
- 2) Pompa in titanio di peso non superiore a 165 g (da vuota), alimentata a batteria con durata non inferiore a 7 anni.
- 3) Programmabile dall'esterno tramite unità di controllo per via telemetrica, con alimentazione a batteria da fornire in comodato d'uso gratuito per tutta la vita della pompa.
- 4) Dotata di accurato sistema di controllo del flusso infuso (si chiede di dettagliare le caratteristiche di tale sistema e il range di precisione). Flusso minimo programmabile: circa 0,1 ml/die.
- 5) Durata massima dei setti: non inferiore a 500 punture tramite ago di Huber.
- 6) Compatibilità con RMN fino a 3 Tesla.
- 7) Latex-free.
- 8) Comprensiva dei relativi cateteri per somministrazione nello spazio intratecale / epidurale, dotati di markers di profondità, confezionati in apposito kit completo di aghi e di tutti gli accessori necessari all'impianto.
- 9) Presenza di filtro antibatterico tra serbatoio e catetere connesso.
- 10) Confezione completa di istruzioni per l'uso in italiano e tessera identificativa del paziente.
- 11) Deve essere garantito da parte dell'azienda fornitrice un servizio di assistenza tecnica H24 per il paziente e per il clinico.**

Si richiedono n. 2 differenti tipologie di capacità del serbatoio della pompa infusionale:

- A) serbatoio con capacità 20 ml circa**
- B) serbatoio con capacità 40 ml circa**

La Ditta aggiudicataria deve necessariamente fornire, in comodato d'uso gratuito:

- n. 4 programmatori per l'Azienda USL di Bologna (di cui n. 2 per l'Ospedale Bellaria, n. 1 per il Centro Roncati, n. 1 per l'Ospedale Maggiore)
- n. 1 programmatore per il Montecatone Rehabilitation Institute spa.

La ditta aggiudicataria deve inoltre fornire in conto visione, su richiesta scritta delle Aziende interessate, una pompa infusoriale di back-up per ciascuna sede di impianto.

L'apparecchiatura dovrà essere accompagnata dal relativo manuale ad uso del paziente, in lingua italiana.