



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0002115  
DATA: 30/07/2024 16:46  
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTO DI REAL TIME PCR COMPRENSIVO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. Parziale modifica al Capitolato speciale.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Antonia Crugliano

### ADOTTATO DA:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-02]
- [01-07-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0002115_2024_determina_firmata.pdf	Crugliano Antonia	A4848F8576E0CF918176CB6C686CAD2B A728EFA2A03C169A1AC96846A0DFFAE3
DETE0002115_2024_Allegato1.pdf:		B744D1F99F8A82F5F8170CE8C788FEEF 2DFB60AE17DC4B43E1DF385A1B763C2C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

## **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTO DI REAL TIME PCR COMPRENSIVO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. Parziale modifica al Capitolato speciale.

## **IL DIRETTORE**

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;


Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell'IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell'Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell'Azienda USL di Ferrara con le quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell'Area Vasta Emilia Centrale ed è stata contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la Delibera n. 404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;

Vista la nuova convenzione disciplinante le funzioni unificate in capo al SAAV debitamente sottoscritta dai Direttori Generali delle citate Aziende Sanitarie, come da nota prot.n.12321 del 30 gennaio 2024 ed approvata con atto deliberativo dell'Azienda Usl di Bologna n.62 del 12 febbraio 2024;

Richiamata la determinazione n. 1893 del 02/07/2024 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta, con la quale si è provveduto all'indizione della gara con procedura aperta telematica per l'appalto della in service di strumento di Real time PCR comprensivo di reagenti per la diagnostica molecolare di leucemie acute e croniche per il laboratorio di ematologia dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, della durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno per un importo complessivo di €1.110.540,00, di cui 540,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa,



criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;

Visto il quesito pervenuto da parte di un operatore economico, riportato in allegato al presente atto;

Considerato che per il sopracitato quesito è stato necessario interpellare il gruppo di lavoro;

Rilevato che il Gruppo di lavoro ha ritenuto di sostituire, a parziale modifica al capitolato speciale, alle pagine 6 e 7, la frase:

- che “ *vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL*”

con la frase:

- che “ *vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 4 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL*”.

Preso atto che la modifica parziale all'anzidetto documento si rende necessaria anche in ossequio ai principi della concorrenza, massima partecipazione, parità di condizioni, pubblicità, trasparenza;

Dato atto che in seguito a quanto sopra esposto verrà data comunicazione sul portale Sater di Intercent-ER, dove si sta svolgendo la procedura di gara, e sul profilo del committente di questa Azienda USL;

Viste le funzioni unificate del SAAV;

### **Determina**

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di modificare il capitolato speciale relativo alla fornitura in service di strumento di Real time PCR comprensivo di reagenti per la diagnostica molecolare di leucemie acute e croniche per il laboratorio di ematologia dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna alle pagine 6 e 7, sostituendo:  
la frase

- che “*vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL*”

con la frase:



- *che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 4 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.*

2. di pubblicare sul portale Sater di Intercent-ER e sul profilo del committente di questa Azienda USL;

3. di dare atto che il redattore del presente atto è la Dott.ssa Pia Monica Stea collaboratore amministrativo del SAAV;

4. di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata, sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di Bologna, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e sull'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Pia Monica Stea

Firmato digitalmente da:

Antonia Crugliano

## QUESITO:

Facciamo riferimento alle pagg. 6 e 7 del capitolato speciale, in particolare ai requisiti minimi richiesti per i seguenti test:

- 2)Analisi quantitativa del trascritto CBFB/MYH11 tipo A, D, E ;
- 3)Analisi quantitativa del trascritto PML RARA bcr1, 2 e 3 ;
- 4)Analisi quantitativa del trascritto RUNX1-RUNX1T1

Tra i requisiti minimi per i test sopra riportati viene espressamente richiesto che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.

Si chiede se tale dicitura corrisponda ad un refuso in quanto, al meglio delle nostre conoscenze, nel mercato esiste un solo operatore economico in grado di rispondere esattamente ai requisiti minimi così come formulati.

Evidenziando che consentire la partecipazione di un solo operatore economico vada in primis a detrimento degli interessi del vostro Spett.le Ente che non potrà contare su una pluralità di offerte da valutare, si rimarca anche come ciò sia non solo in contrasto con le norme che mirano al miglior utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche in chiara violazione dei generali dell’ordinamento concorsuale quali la par condicio, la non discriminazione e la regolarità del confronto concorrenziale, elementi tutti che permeano la disciplina del Codice degli Appalti.

Per tutto quanto sopra si chiede di sostituire per tutti i test indicati sopra la dicitura espressa nel capitolato speciale

che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.

con la seguente:

che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 4 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.

## RISPOSTA

A parziale modifica del capitolato speciale di gara, si comunica che è viene sostituita la frase:

- che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.
- con la frase:

***che “vengano fornite le curve standard diluite pronte all'uso costituite da almeno 4 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per gene ABL”.***