

Agenzia per lo sviluppo

dei mercati telematici

Ultimo aggiornamento da Sistema Acquisti Telematici – SATER: 23/09/2024 09:25

PA per l'acquisto di un sistema radiologico e un tavolo multifunzione per Ausl Bo e per il noleggio quinquennale di un tavolo multifunzione per Aosp Fe

Descrizione Procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 36/2023, per l'acquisto di un Sistema radiologico digitale multifunzione per la Casa della Comunità Mengoli, A.u.s.l. di Bologna, comprensivo di garanzia almeno 24 mesi (LOTTO 1), finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Missione 6, Componente 1 –Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona"- CUP E37H22000440006, per l'acquisto di Sistema DR con tavolo telecomandato per Ospedale di Bazzano, A.u.s.l. di Bologna, comprensivo di garanzia almeno 24 mesi (LOTTO 2), per il noleggio quinquennale di un Tavolo telecomandato multifunzionale per U.O. Radiologia Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (LOTTO 3).

Ente appaltante AZIENDA USL DI BOLOGNA

Stato procedura Presentazione Offerte/Risposte

Importo appalto 694.900,00 €

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Data di pubblicazione a sistema 08/08/2024

Termine richiesta chiarimenti 13/09/2024 12:00

Termine presentazione delle offerte 30/09/2024 16:00

Apertura busta amministrativa 01/10/2024 09:00

Requisiti di sostenibilità ambientale no

Requisiti di sostenibilità sociale no

Responsabile del procedimento Crugliano Antonia

➤ [ACCEDI AL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI – SATER](#)

➤ [CONSULTA LE GUIDE ALL'USO](#)

Allegati

Referenti

CIG

Chiarimenti

➤ Chiarimento PI351559-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:12

Domanda : Spettabile Ente si chiedono i seguenti chiarimenti: Casa di Cura Mengoli: Essendo in corso opere di riqualificazione dell'intero reparto ad opera della vostra Area Tecnica, si chiede di indicare quali interventi dovranno essere integrati nella fornitura del radiologico presente in gara indicato come fornitura "chiavi in mano". Dalla documentazione presente in gara non si evince con chiarezza il limite di fornitura richieste per questa procedura. Si riporta a titolo di esempio i punti principali relativi alla sala esame e sala comandi:
• Radioprotezione: si chiede conferma che gli adeguamenti delle protezioni schermanti siano a carico dell'ente appaltante
• Strutture: si chiede conferma che l'adeguamento delle strutture di sostegno del pensile siano a carico dell'ente appaltante.
• Pavimentazione: si chiede conferma che l'adeguamento/rifacimento della pavimentazione sia a carico dell'ente appaltante.
• Condizionamento: si chiede conferma che l'eventuale adeguamento dell'impianto di climatizzazione appena realizzato sia a carico dell'ente appaltante.
• Impianto elettrico: o si chiede conferma che la linea di alimentazione per il radiologico sia a carico dell'ente appaltante o Si chiede conferma che il quadro di potenza del radiologico sia a carico dell'ente appaltante o Si chiede conferma che impianto luce, forza motrice, rivelazione fumi e rete dati sia a carico dell'ente appaltante o Si chiede conferma che l'impianto dei circuiti ausiliari (luci segnalazione raggi fuori porta, contatti porta ecc..) siano a carico dell'ente appaltante. o Si chiede conferma che le assistenze edili per le necessità del sistema da installare siano a carico dell'ente appaltante.
• Si chiede conferma che l'attuale sistema radiologico verrà dismesso dall'Ente appaltante
• Essendo indicato nel capitolato speciale di gara che il sistema offerto dovrà essere installato e funzionante entro e non oltre il 31/12/2024, poiché legato a fondi PNRR, per quando è ipotizzata la disponibilità dei locali ad oggi oggetto di riqualificazione per l'installazione e messa in funzione del sistema.
• Qualora sia richiesto al fornitore del sistema radiologico la realizzazione delle opere civili, al fine di predisporre un progetto opere/impianti mirato per la fornitura richiesta in gara, si rende necessario ricevere as-built stato di fatto strutture, tipologia di solaio presente, portata, orditura, opere civili, impianti meccanici ed elettrici in funzione delle opere di adeguamento del reparto attualmente in essere.
• Si richiedono le piante architettoniche in formato editabile DWG
• All'interno della documentazione di gara non sono indicati gli

importi messi a disposizione per la realizzazione delle opere e per la progettazione ma solo un importo complessivo di per i singoli lotti. (Lotto 1: Acquisto 130.000,00â – Lotto 2: Acquisto 164.200,00 â – Lotto3:noleggio 300.500,00â –) BAZZANO Si chiede di indicare quali interventi dovranno essere integrati nella fornitura del radiologico presente in gara indicato come fornitura "chiavi in mano". L'altezza del locale individuato per l'installazione del Telecomandato presenta un'altezza minima non idonea al tipo di apparecchiatura indicata, all'interno del controsoffitto è presente un'importante rete di canalizzazioni aerauliche a servizio del reparto di radiologia. Dalla documentazione presente in gara non si evince con chiarezza il limite di fornitura richieste per questa procedura. Si riporta a titolo di esempio i punti principali relativi alla sala esame e sala comandi: Radioprotezione: si chiede conferma che gli adeguamenti delle protezioni schermanti a soffitto siano a carico dell'ente appaltante. Si chiede conferma che l'attività di bonifica degli impianti presenti nel controsoffitto ed eventuale nuova distribuzione sia a carico dell'ente appaltante. Si chiede conferma la ricostruzione del controsoffitto, adeguamento impianto di illuminazione, forza motrice, condizionamento, rivelazione fumi, dati ecc.. siano a carico dell'ente appaltante. Si chiede conferma che eventuali opere/assistenza edili per adeguamento del locale al tavolo telecomandato in fornitura siano a carico dell'ente appaltante. Qualora sia richiesto al fornitore del sistema radiologico la realizzazione di opere civili, al fine di predisporre un progetto opere/impianti mirato per la fornitura richiesta in gara si rende necessario ricevere as-built stato di fatto strutture, tipologia di solaio presente, portata, orditura, opere civili, impianti meccanici ed elettrici in funzione delle opere di adeguamento del reparto che dovranno essere realizzate. Si richiedono le piante architettoniche in formato editabile DWG. Essendo indicato nel capitolato speciale di gara che il sistema offerto dovrà essere installato e funzionante entro e non oltre il 31/12/2024, poiché legato a fondi PNRR, si chiede indicazioni per quando è prevista la disponibilità di tali locali. All'interno della documentazione di gara non sono indicati gli importi messi a disposizione per la realizzazione delle opere e per la progettazione ma solo un importo complessivo di per i singoli lotti. (Lotto 1: Acquisto 130.000â – Lotto 2: Acquisto 164.200â – Lotto3:noleggio300.500â –) Si chiede conferma che la TAC attualmente presente nel locale sia da smaltire a carico della ditta aggiudicataria. FERRARA Si chiede di inviare le piantine in dwg della sala, e lo schema del quadro elettrico attualmente installato. grazie

Risposta :

Di seguito le risposte:

Casa di Cura Mengoli:

1) Si riporta a titolo di esempio i punti principali relativi alla sala esame e sala comandi:

Radioprotezione: si chiede conferma che gli adeguamenti delle protezioni schermanti siano a carico dell'ente appaltante

Risposta: Si conferma;

Strutture: si chiede conferma che l'adeguamento delle strutture di sostegno del pensile siano a carico dell'ente appaltante.

Risposta: L'adeguamento delle strutture di sostegno NON SONO a cura della S. A.

Pavimentazione: si chiede conferma che l'adeguamento/rifacimento della pavimentazione sia a carico dell'ente appaltante.

Risposta: Si conferma;

Condizionamento: si chiede conferma che l'eventuale adeguamento dell'impianto di climatizzazione appena realizzato sia a carico dell'ente appaltante.

Risposta: si conferma.

Impianto elettrico:

o si chiede conferma che la linea di alimentazione per il radiologico sia a carico dell'ente appaltante

Risposta: si conferma

o Si chiede conferma che il quadro di potenza del radiologico sia a carico dell'ente appaltante

Risposta: È a carico della S.A. il quadro a monte della linea alimentante RX ma non il quadro di potenza della macchina.

o Si chiede conferma che impianto luce, forza motrice, rivelazione fumi e rete dati sia a carico dell'ente appaltante

Risposta: si conferma

o Si chiede conferma che l'impianto dei circuiti ausiliari (luci segnalazione raggi fuori porta, contatti porta ecc..) siano a carico dell'ente appaltante.

Risposta: si conferma

o Si chiede conferma che le assistenze edili per le necessità del sistema da installare siano a carico dell'ente appaltante.

Risposta: Le opere edili sono a carico della S. A. ad eccezione del montaggio del sistema fissaggio pensile .
â€¢ Si chiede conferma che lâ€™attuale sistema radiologico verrÃ smesso dallâ€™Ente appaltante

Si conferma che la TAC andrÃ smaltita

â€¢ Essendo indicato nel capitolato speciale di gara che il sistema offerto dovrÃ essere installato e funzionante entro e non oltre il 31/12/2024, poichÃ© legato a fondi PNRR, per quando Ã¨ ipotizzata la disponibilitÃ dei locali ad oggi oggetto di riqualificazione per lâ€™installazione e messa in funzione del sistema.

Risposta: 16/12/24

â€¢ Qualora sia richiesto al fornitore del sistema radiologico la realizzazione delle opere civili, al fine di predisporre un progetto opere/impianti mirato per la fornitura richiesta in gara, si rende necessario ricevere as-built stato di fatto strutture, tipologia di solaio presente, portata, orditura, opere civili, impianti meccanici ed elettrici in funzione delle opere di adeguamento del reparto attualmente in essere.

Risposta: si conferma

â€¢ Si richiedono le piante architettoniche in formato editabile DWG

Si inoltra in allegato con nuovo quesito

â€¢ Allâ€™interno della documentazione di gara non sono indicati gli importi messi a disposizione per la realizzazione delle opere e per la progettazione ma solo un importo complessivo di per i singoli lotti. (Lotto 1: Acquisto 130.000,00â€ - Lotto 2: Acquisto 164.200,00â€ - Lotto3:noleggio 300.500,00â€ -)

Risposta sono ricompresi.

BAZZANO

Si chiede di indicare quali interventi dovranno essere integrati nella fornitura del radiologico presente in gara indicato come fornitura â€œchiavi in manoâ€ .

Risposta: Fornitura, installazione, allaccio elettrico e tutte i lavori atti a rendere funzionante la macchina sono a carico dellâ€™ Aggiudicatario compresi la progettazione e montaggio di un eventuale sistema di fissaggio pensile .

Lâ€™altezza del locale individuato per lâ€™installazione del Telecomandato presenta un'altezza minima non idonea al tipo di apparecchiatura indicata, allâ€™interno del controsoffitto Ã¨ presente un'importante rete di canalizzazioni aerauliche a servizio del reparto di radiologia.

Dalla documentazione presente in gara non si evince con chiarezza il limite di fornitura richieste per questa procedura.

Risposta: La misura comunicata Ã¨ la seguente.

- 260 cm da pavimento a bordo inferiore controsoffitto

- Margine di 10 cm tra bordo superiore controsoffitto e canale aria

Si riporta a titolo di esempio i punti principali relativi alla sala esame e sala comandi

â€¢ Radioprotezione: si chiede conferma che gli adeguamenti delle protezioni schermanti a soffitto siano a carico dellâ€™ente appaltante.

Risposta: si conferma

â€¢ Si chiede conferma che lâ€™attività di bonifica degli impianti presenti nel controsoffitto ed eventuale nuova distribuzione sia a carico dellâ€™ente appaltante.

Risposta: si conferma

â€¢ Si chiede conferma la ricostruzione del controsoffitto, adeguamento impianto di illuminazione, forza motrice, condizionamento, rivelazione fumi, dati ecc.. siano a carico dell'ente appaltante.

Risposta: si conferma

â€¢ Si chiede conferma che eventuali opere/assistenza edili per adeguamento del locale al tavolo telecomandato in fornitura siano a carico dell'ente appaltante.

Risposta: Le opere edili sono a carico della S. A. ad eccezione del montaggio del sistema fissaggio pensile .

â€¢ Qualora sia richiesto al fornitore del sistema radiologico la realizzazione di opere civili, al fine di predisporre un progetto opere/impianti mirato per la fornitura richiesta in gara si rende necessario ricevere as-built stato di fatto strutture, tipologia di solaio presente, portata, orditura, opere civili, impianti meccanici ed elettrici in funzione delle opere di adeguamento del reparto che dovranno essere realizzate.

Risposta: si conferma

â€¢ Si richiedono le piante architettoniche in formato editabile DWG

Si inviano in allegato con nuovo quesito

â€¢ Essendo indicato nel capitolato speciale di gara che il sistema offerto dovrà essere installato e funzionante entro e non oltre il 31/12/2024, poiché legato a fondi PNRR, si chiede indicazioni per quando è prevista la disponibilità di tali locali

Risposta 16/12/24

â€¢ All'interno della documentazione di gara non sono indicati gli importi messi a disposizione per la realizzazione delle opere e per la progettazione ma solo un importo complessivo di per i singoli lotti. (Lotto 1: Acquisto 130.000â€ - Lotto 2: Acquisto 164.200â€ - Lotto3:noleggio300.500â€ -)

Risposta Sono ricompresi

â€¢ Si chiede conferma che la TAC attualmente presente nel locale sia da smaltire a carico della ditta aggiudicataria.

Risposta: si conferma

FERRARA

Si chiede di inviare le piantine in dwg della sala, e lo schema del quadro elettrico attualmente installato. Si inviano in allegato con nuovo quesito

> Chiarimento PI351905-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:09

Domanda : A seguito del sopralluogo effettuato, si è potuto verificare che la diagnostica individuata per l'installazione del dispositivo telecomandato del Lotto 2, risulta avere un'altezza non sufficiente. Si è inoltre verificato che non sussiste la possibilità di innalzare l'attuale controsoffitto a causa della presenza di impianti tecnologici non riposizionabili. Si richiede di confermare che il vostro rispettabile ente abbia identificato una soluzione che permetta di avere una altezza minima della sala di circa 280cm e che gli eventuali oneri relativi a questa tipologia di intervento non rientrino nelle opere a carico dell'aggiudicataria.

Risposta :

La misura comunicata è la seguente.

- 260 cm da pavimento a bordo inferiore controsoffitto

- Margine di 10 cm tra bordo superiore controsoffitto e canale aria

> Chiarimento PI357675-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:07

Domanda : Spett.le Amministrazione, 1) con riferimento alla previsione dell'art. 6.3 del disciplinare di gara ove viene chiesto di essere in possesso dei requisiti di qualificazione e capacità richiesti dal codice dei contratti per la redazione, in sede di gara, del progetto definitivo (ivi compreso il piano di sicurezza e coordinamento) ed in sede di contratto, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza, considerato che la presente procedura è relativa ad un appalto di fornitura e che solo l'appalto di lavori (o misto o integrato) che ha ad oggetto la realizzazione di opere può prevedere a carico dell'operatore economico «l'esecuzione, oppure la progettazione definitiva (ormai non più prevista dall'art. 41 D. Lgs. 36/2023) esecutiva, CSP e l'esecuzione di un'opera» (art. 14 e 44 D.Lgs. 36/2023), si chiede: a) di eliminare la previsione in parola che pone a carico dell'aggiudicatario la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di coordinamento della sicurezza delle opere che devono essere realizzate da codesto ente aggiudicatario ai sensi dell'art. 41 comma 12 del D.Lgs. 36/23 provvedendo, se del caso, alla rettifica della documentazione di gara, in quanto la stessa condiziona fortemente la oggettiva possibilità di presentare offerta da parte di un operatore economico che non opera nell'ambito dei lavori pubblici né possiede i requisiti per l'attività di progettazione, che non costituiscono l'oggetto principale della procedura. b) Di confermare che per progetto si intenda il piano di installazione contenente tutte le informazioni tecniche necessarie per permettere alla SA di elaborare un progetto esecutivo per l'installazione delle apparecchiature, quest'ultimo a carico di codesta amministrazione. c) Di confermare che i lavori di adeguamento dei locali siano a carico di codesta amministrazione. cordiali saluti

Risposta : Risposta: Quesito 1) lett.a)

In sede di partecipazione alla procedura di gara le ditte devono presentare un progetto di fattibilità. La ditta aggiudicataria dovrà presentare il progetto esecutivo e la redazione del piano di coordinamento della sicurezza delle opere che devono essere realizzate propedeutiche all'installazione.

lett.b) Si rimanda alla risposta di cui al punto a)

lett.c) L'adeguamento dei locali è a carico dell'amministrazione ad eccezione dell'attività di un eventuale sistema di fissaggio pensile.

> Chiarimento PI357680-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:06

Domanda : Spettabile Ente in riferimento al Lotto 3 che prevede l'acquisto in noleggio quinquennale del telecomandato destinato a Ferrara, si chiede di specificare la cadenza di corresponsione del canone (i.e. mensile o trimestrale o semestrale) e le modalità di fatturazione (i.e. rate anticipate o posticipate). Ciò in quanto la conoscenza della periodicità della fatturazione è essenziale per determinare l'importo del canone di noleggio calcolato sulla base della durata contrattuale e del numero di rate previste. Inoltre si chiede di confermare che l'operatore economico abbia facoltà di definire l'importo residuo di riscatto in quanto non esplicitato dal Disciplinare di gara. A tal proposito si chiede di potere dare indicazione del valore residuo di riscatto all'interno dell'offerta economica grazie

Risposta : Spett.le,

il canone sarà mensile con modalità di fatturazione trimestrale a rate posticipate.

> Chiarimento PI357909-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:05

Domanda : 1. Non essendo presente nella domanda di partecipazione una sezione dedicata, si chiede di specificare dove bisogna indicare il professionista incaricato. 2. Per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. a), si chiede di specificare, oltre all'Allegato 11- dichiarazione professionisti, quale altra documentazione (ad esempio DGUE) deve essere predisposta dal professionista. 3. Si chiede di fornire indicazioni sul possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. a) in caso di partecipazione in RTI. 4. Si chiede conferma che si tratta di refuso l'indicazione del pagamento del contributo ANAC per un importo pari a € 77,00 e che gli importi dei contributi dei singoli lotti sono, così come si evince dall'ANAC, pari a € 18,00 per i lotti 1 e 2 e € 33,00 per il lotto 3. 5. Si chiede di confermare che l'imposta di bollo possa essere assolta anche attraverso l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00 appositamente acquistata, opportunamente annullata, su un foglio che contenga, oltre alla copia del contrassegno in formato.pdf, il nome della procedura, i riferimenti del concorrente stesso (denominazione e ragione sociale), il numero

seriale e la data di emissione del contrassegno. 6. Qualora la domanda di partecipazione fornita all'interno della documentazione di gara sia carente di una delle dichiarazioni richieste dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara (ad esempio numero dei dipendenti impiegati), si chiede conferma che la stessa possa essere integrata dall'operatore economico. 7. Si chiede conferma che la dichiarazione ai fini dell'accesso presente al punto 8) dell'Allegato 2- domanda di partecipazione, e nello specifico di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, possa essere eventualmente modificata nel caso in cui la documentazione presentata contenga delle informazioni riservate da segretare. 8. In riferimento alla domanda di partecipazione, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, ogni componente del raggruppamento possa presentare la propria domanda di partecipazione in quanto nel documento vanno fornite dichiarazioni inerenti al singolo soggetto. 9. In caso di conferma al quesito n. 8, si chiede di confermare che la sola domanda di partecipazione della Mandataria vada presentata in bollo. 10. Si chiede conferma che in fase di gara l'Allegato 4 - Descrizione attività di trattamento e l'allegato 5 - Istruzioni operative vadano solo firmati per accettazione. 11. Si fa presente che alcuni documenti di gara (tra cui Disciplinare di gara, Capitolato speciale di gara, DUVRI, Allegato 3 - schema contratto di fornitura, Allegato 7 dichiarazione titolare effettivo, Allegato 8- Dichiarazione conflitto di interessi) presentano i riferimenti al vecchio codice D.lgs. 50/2016. Si chiede versione aggiornata di tale documentazione.

Risposta :

Risposte:

- 1) 1) Il professionista incaricato del progetto dovrà compilare l'Allegato 11, il quale verrà caricato dall'operatore economico sulla piattaforma.
- 2) 2) Il professionista incaricato dovrà compilare solo l'Allegato 11 in tutte le parti.
- 3) 3) Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
- 4) 4) Si conferma.
- 5) 5) Si conferma.
- 6) 6) L'operatore economico può integrare la domanda di partecipazione, in sede di presentazione delle offerte, con la documentazione che ritiene opportuna. Per indicare il numero di dipendenti impiegati, l'o.e. potrà, comunque, avvalersi delle opzioni descritte al punto 6. - Ulteriori dichiarazioni della domanda di partecipazione.
- 7) 7) Come indicato nel disciplinare di gara al punto 16. - offerta tecnica, l'operatore economico che voglia avvalersi del diritto a tenere coperte da riservatezza, parti della documentazione offerta può presentare la dichiarazione e relativa relazione, nella busta tecnica, così come descritto nel punto di cui sopra.
- 8) 8) Si conferma.
- 9) 9) Si conferma.
- 10) 10) Si conferma.
- 11) La presente procedura è regolata dal Codice appalti D. Lgs. n.36/2023. Si allega schema contratto aggiornato.

schema contratto di fornitura per accettazione 08032024.doc

> Chiarimento PI358559-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:04

Domanda : 1. Si chiede di confermare che per il lotto 3 non è richiesto il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare di gara in quanto si tratta di un noleggio dove non è prevista la fornitura chiavi in mano. 2. Si richiede di rendere disponibile le planetarie in DWG dei locali oggetto dell'installazione delle apparecchiature. 3. Per il lotto 3 si chiede di confermare che all'interno della documentazione tecnica vada inviata solo una proposta di installazione del sistema proposto nei locali individuati con le indicazioni delle caratteristiche di installazione, e che gli eventuali lavori di installazioni e progetto esecutivo (eventuali rinforzi a solaio, impianti elettrici e rete comprensivi di quadro elettrico macchina, opere di condizionamento) saranno a carico della stazione appaltante.

Risposta : Risposte:

- 1) Il requisito di cui al punto 6.3 lett.a) del Disciplinare è previsto anche per il lotto 3.
- 2) Si invia in allegato ad un nuovo quesito.
- 3) Il progetto esecutivo deve essere redatto dall'aggiudicataria.

> Chiarimento PI358703-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:03

Domanda : Per il lotto 2 si chiede DWG dei locali e caratteristiche del solaio con relativa portata.

Risposta :

Risposta: Trattandosi di locale a PT in cui non sono presenti sottoservizi e che precedentemente ospitava una vecchia TAC si ritiene che la portata sia adeguata per ospitare una nuova macchina di peso considerevole

> Chiarimento PI358861-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:02

Domanda : Spett.le Amministrazione, Ferma restando l'€™esecuzione delle prestazioni di fornitura e del servizio di assistenza tecnica full risk oggetto del contratto da parte dell'€™Impresa aggiudicataria, si chiede di confermare che sar  consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto da parte dell'€™esecutore ai sensi dell'€™art. 120 co, 12 e allegato II.14 articolo 6 del Dlgs. 36/23 permettendo agli operatori economici, da un lato, di mitigare il rischio finanziario connesso alla formula del noleggio e, dall'€™altro, di formulare offerte pi  competitive utilizzando il tasso di interesse usualmente applicato dagli operatori di settore, a vantaggio della stazione appaltante. Distinti saluti

Risposta : Spett.le,

si consente la cessione dei crediti a norma e nei limiti del Codice Appalti.

> Chiarimento PI359106-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 19:02

Domanda : Buongiorno, - si chiede di trasmettere i file DWG delle sale RX oggetto di gara; - in merito al lotto 3 si chiede cortesemente la portata del solaio della sala rx oggetto di gara; - per tutti i lotti , in merito all'impianto elettrico si chiede conferma di quanto segue: la ditta aggiudicataria avr  a proprio carico la fornitura e posa di un quadro elettrico dedicato all'apparecchiatura RX mentre la linea elettrico fino alla sala RX, comprensiva di verifica ed eventuale adeguamento, rimane a carico dell'ente appaltante; - in merito al PO di Bazzano si chiede la conferma della bonifica, totalmente a suo carico, dell'altezza del controsoffitto esistente, nella sala RX oggetto id gara, che dovr  avere un'altezza maggiore o uguale a 270 cm; - per i lotti 1 e 2 si chiede chiarimento in merito alla dicitura "opere di finitura.." e nello specifico quali lavori non facoltativi, risultano a carico della ditta aggiudicataria oltre a quelli strettamente necessari e relativi alla fornitura, installazione e messa in funzione delle nuove apparecchiature. Grazie e cordiali saluti.

Risposta : Risposte:

- i file si invieranno in allegato a nuovo quesito.
- in merito al lotto 3 in invia con nuovo quesito la documentazione relativa.
- si conferma.

- in merito al PO Bazzano: La misura comunicata   la seguente.

260 cm da pavimento a bordo inferiore controsoffitto

Margine di 10 cm tra bordo superiore controsoffitto e canale aria

- per i lotti 1 e 2 :

Da pag. 4:

- > Installazione del sistema e realizzazione opere di finitura (allacciamento agli impianti la cui realizzazione   in carico alla stazione appaltante).

> Chiarimento PI372972-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 18:53

Domanda : Spett.li, in allegato i DWG per i lotti 1 e 2.

Risposta : Spett.li,

in allegato i DWG per i lotti 1 e 2.

DWG AUSLBO.zip

> Chiarimento PI373121-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 18:52

Domanda : Spett.li, si inviano i file relativi ai DWG, portata del solaio e schema del QE, per il lotto 3.

Risposta :

Spett.li,
si inviano i file relativi ai DWG, portata del solaio e schema del QE, per il lotto 3.
DWG E QE AOUFE.zip

> Chiarimento PI351136-24

Ultimo aggiornamento 19/09/2024 18:51

Domanda : Spettabile Ente si chiedono le piantine in dwg e schema del QE esistente . grazie

Risposta : Si inviano in allegato con nuovo quesito

> Chiarimento PI353186-24

Ultimo aggiornamento 10/09/2024 15:42

Domanda : Buongiorno ai fini di poter provvedere al PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC si richiede la comunicazione del numero/i di CIG Grazie Cordiali saluti

Risposta : I CIG sono:

LOTTO 1 B2BB37D6BC
LOTTO 2 B2BB37E78F
LOTTO 3 B2BB37F862

> Chiarimento PI352391-24

Ultimo aggiornamento 10/09/2024 15:42

Domanda : SI PREGA DI INDICARE I CIG DEI TRE LOTTI GRAZIE

Risposta : I CIG sono:

LOTTO 1 B2BB37D6BC
LOTTO 2 B2BB37E78F
LOTTO 3 B2BB37F862

> Chiarimento PI350302-24

Ultimo aggiornamento 10/09/2024 08:26

Domanda : Spettabile Ente Si chiede confermare che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui D. Lgs. n. 36/2023, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale B- Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, si chiede di confermare che la scrivente debba utilizzare il modello di pagamento F24 elide? per favore iindicare il codice tributo. grazie

Risposta : Spett.le,

in merito al primo quesito sulle penali, si confermano i limiti minimi e massimi stabiliti dal D. Lgs. n. 36/2023.

In merito al secondo quesito, sull'assolvimento dell'imposta di bollo si fa presente quanto segue: come da Circolare dell'Ag. Entrate n. 22/E, le nuove modalità di pagamento previste dall'art. 18 Codice Appalti è prevista alla stipula del contratto. In relazione agli altri atti e documenti, che precedono il momento della stipula del contratto, il bollo, da assolvere sulla domanda di partecipazione da parte di tutti gli operatori economici partecipanti, viene assolto con le modalità previste dall'art. 13 punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè: a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità

telematiche, apposito contrassegno; b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'Ufficio dell'Agente delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Distinti saluti

> Chiarimento PI342574-24

Ultimo aggiornamento 02/09/2024 15:28

Domanda : Buongiorno, con la presente si invia la seguente richiesta di chiarimento: 1. Si richiede conferma che gli interventi di natura edile/strutturale e di impiantistica propedeutici alla installazione delle apparecchiature, siano a carico della Stazione Appaltante. Si ringrazia in anticipo Distinti Saluti

Risposta : Spett.le,

si confermano i limiti di intervento, relativi alle lavorazioni strutturali e impiantistiche, riportati in capitolato.
distinti saluti

> Chiarimento PI338342-24

Ultimo aggiornamento 31/08/2024 17:55

Domanda : Spett.le Ente in relazione alla procedura in oggetto in considerazione delle opere, delle necessità di sopralluogo e della data di ricezione della gara, che ci è stata notificata il 9 agosto in pieno periodo di ferie estive, siamo a richiedere una proroga della scadenza di gara (attualmente fissata al 30 settembre) di almeno 15 giorni al fine di consentirci di svolgere al meglio le attività previste.

Risposta : Spett.le,

non ricorrendo i presupposti stabiliti dal Codice per prorogare la procedura in oggetto, non si può accogliere la relativa richiesta.
Distinti saluti